




Geprüft



Kontaktdaten

+49 (5226) 700 22 - 30

service@dewert-labortechnik.de

Sehr gerne können Sie über unser Kontaktformular für Wartungsanfragen Ihr individuelles Angebot anfordern.



Folgen Sie dazu einfach dem QR Code oder gehen auf unsere Homepage unter die Rubrik Service – Wartung von Labormöbeln.



DEWERT

LABORTECHNIK



**Nächster
Prüftermin**

Nur regelmäßige Kontrollen durch sachkundiges Fachpersonal garantiert Ihnen die dauerhafte, einwandfreie Funktion und die Sicherheit Ihrer Laboreinrichtung.

Die Laborrichtlinie BGI/GUV-I 850-0 und die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) fordern eine regelmäßige Überprüfung der sicherheitsrelevanten Laboreinrichtung. Hierzu gehören neben den Abzügen, Sicherheitswerkbänken und Sicherheitsschränken auch die Säure- / Laugenschränke und die Chemikalienschränke.

Wartet mal!

Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit. Das Gefahrenpotential ist in Laboratorien ungleich höher als in den übrigen Bereichen im Betrieb. Deshalb sind die Sicherheitsanforderungen an Laboratorien besonders hoch.

DEWERT Labortechnik GmbH & Co.KG
Schulstraße 17-19
32289 Rödinghausen

+49 (5226) 700 22 - 0
info@dewert-labortechnik.de

www.dewert-labortechnik.de



Wartungsservice

Nutzen Sie unseren Wartungsservice und sichern sich damit ein einwandfrei funktionierendes Labor verbunden mit einem hohen Sicherheitsstandard.

Die wichtigsten Leistungen im Überblick

Wartung Abzüge

- ✓ Überprüfung des erforderlichen Abluftvolumenstroms. Garantiert Ihnen, dass der Abzug mit den vorgeschriebenen Werten betrieben wird.
- ✓ Überprüfung der Luftstromüberwachungseinheit. Stellt sicher, dass bei einer Fehlfunktion des Abzuges ein Alarm ausgelöst wird.
- ✓ Überprüfung des Frontschiebers auf Leichtgängigkeit und Verkantung sowie eine Prüfung der Seile, Gewichte und Umlenkrollen auf Verschleißerscheinungen.

Wartung Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten und Druckgasflaschen

- ✓ Überprüfung der Brandschutzabdichtung auf mechanische Unversehrtheit
- ✓ Überprüfung von Brandschutzventilen und der Funktionsfähigkeit der Abluftanlage
- ✓ Überprüfung der automatischen Türschließanlage
- ✓ Überprüfung und Einstellung der Leichtgängigkeit der Türen

Wartung Säure- / Laugenschränke und Chemikalienschränke

- ✓ Überprüfung und gegebenenfalls Ausbesserung des Oberflächenschutzes
- ✓ Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Abluftanlage
- ✓ Überprüfung und Einstellung der Türen

Wartung Sicherheitswerkbänke

- ✓ Überprüfung des Allgemeinzustandes
- ✓ Überprüfung der Alarmfunktion von Scheibe und Lüftungsanlage
- ✓ Überprüfung der Filter durch Partikelmessung
- ✓ Überprüfung der Medienversorgung

Dokumentation

Sämtliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten werden durch unsere Servicetechniker dokumentiert.

1. Jedes gewartete Produkt bekommt nach Abschluss der Wartung eine datierte Prüfplakette.

2. Sämtliche Leistungen werden in Prüfzertifikaten dokumentiert und Ihnen überlassen. Zusätzlich werden die Wartungsarbeiten in unserer Datenbank gespeichert.



Auszug aus der Laborrichtlinie BGI/GUV-I 850-0

7.3 Abzüge

Abzüge müssen regelmäßig gewartet und ihre Funktionsfähigkeit geprüft und dokumentiert werden. Die Prüfung muss mindestens einmal jährlich durch eine befähigte Person durchgeführt werden. Die jährliche Prüfung der lufttechnischen Funktion kann entfallen, wenn durch eine selbstüberwachende Funktionskontrolle des einzelnen Abzuges sichergestellt ist, dass eine Unterschreitung des Mindestvolumenstromes optisch und akustisch angezeigt wird.

Auszug aus der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

§ 53 Instandhaltung, Prüfungen

(2) Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren, z. B. Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscheinrichtungen, Absaugeeinrichtungen, Signalanlagen, Notaggregate und Notschalter sowie Lüftungstechnische Anlagen mit Luftreinigung müssen regelmäßig gewartet und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. Die Prüfungen müssen bei Sicherheitseinrichtungen, ausgenommen bei Feuerlöschern, mindestens jährlich und bei Feuerlöschern und Lüftungstechnischen Anlagen mindestens alle zwei Jahre durchgeführt werden.

Wartungspreise

	einmalige Wartung	Wartungs- vertrag
Labor-Abzug		
Apothekenabzug		
Punktabsaugung		
Sicherheitsschrank		
Säure- / Laugenschrank		Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot!
Chemikalienschrank		
Gasflaschenschrank		
Sicherheitswerkbank		
Abluftwäscher		
Neutralisationsanlage		
Notdusche		
Augendusche		

Die angegebenen Preise beinhalten die Wartungsleistung sowie ggf. erforderliche Einstellarbeiten (z. B. an den Türen). Ersatz- bzw. Verschleißteile sind gesondert zu vergüten. Nach der Wartung erhalten Sie automatisch ein unverbindliches und kostenloses Reparaturangebot von uns.

Wartungsvertrag

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über einen individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmten Wartungsvertrag.

- ✓ Bei evtl. auftretenden Störungen sind wir spätestens innerhalb von 24 Stunden für Sie da.

✓ Wir verpflichten uns, alle im Wartungsvertrag aufgeführten Bauteile einmal jährlich zu prüfen und werden rechtzeitig einen Wartungstermin mit Ihnen abstimmen.

✓ Kleinere Reparaturen und Einstellarbeiten sind für Sie selbstverständlich kostenlos.

✓ Bei Abschluss eines Wartungsvertrages erhalten Sie einen Sonderpreis.

Für ein individuelles Angebot sprechen Sie uns gerne an!

Für Reinräume steht Ihnen unser IHK zertifizierter Reinraum Servicetechniker gerne zur Verfügung.